GLOBACID®ID

AMIINIBAASILINE INSTRUMENTIDE PUHASTUS- JA DESINFITSEERIMISVAHEND

kontsentraat

GLOBACID®ID on kuluefektiivne, laia toimespektri ja väga heade orgaanilise mustuse eemaldamiste omadustega aldehüüdi-, fenooli- ja kloorivaba vahend metallist ja kõigi tehismaterjalidest valmistatud instrumentide ja tarvikute, samuti kõigi endoskoopide eel- ja lõppdesinfektsiooniks.

Lisaks vastab toiduainetööstuses, iluteeninduses jt valdkondades esitatud nõuetele.

TOOTE OMADUSED

- laia toimespektriga
- sobib kasutamiseks nii instrumentide- ja ultrahelivannides, kui endoskoopide masinpesu seadmetes (soovitatav lisada vahublokaatorit)
- valmis töölahus säilib koormamata 4 nädalat
- kasutuses olev töölahus säilib kuni 7 päeva

KASUTAMINE

Kontsentraadist ja puhtast veest valmistatakse töölahus vastavalt toimeajale (vt tabel). Üksikosadeks lahti võetud instrumendid asetada kaanega suletavasse töölahusega täidetud leotusvanni. Jälgida, et kogu instrumentaarium oleks lahusega kaetud. Toimeaja möödudes instrumendid loputada jooksva veega (vähemalt joogivee kvaliteediga) või steriilse veega ja kuivatada ebemevaba rätiku või ühekordsete paberrätikutega (ei tohi jätta õhu kätte kuivama). Instrumente/tarvikuid ei ole soovitatav hoida lahuses üle toimeaja.

GLOBACID®ID töölahuse valmistamiseks kasutada jahedat kuni toasooja vett.
NB! Hambaravis kasutatavaid sirg- ja nurkotsikuid ning turbiine ei tohi asetada vedeliku sisse. Neil töödeldakse välispinnad kiirdesinfektsioonivahendiga (nt VITASEPT®WIPES med) ülepühkimise teel.
NB! Vältida kokkupuudet aldehüüdibaasiliste toodetega! Sellest tulenevalt tuleb eelnevalt pinnad ja instrumendid aldehüüdi jääkidest puhastada. Butüülkummist osi sisaldavaid meditsiiniseadmeid tuleb töödelda toatemperatuuril oleva lahusega.

MIKROBIOLOOGILINE TOIMESPEKTER

Toime	EN-standard	Tingimused	Töökontsentratsioon / aeg
Bakteritsiidne (sh tuberkulotsiidne)	EN 13727, EN 14561, EN 14348	madal mustusekoormus	0,25% / 15 min
Bakteritsiidne (sh tuberkulotsiidne)	EN 13727, EN 14561, EN 14348	kõrge mustusekoormus	1,25% / 15 min
Fungitsiidne (*C. albicans*)	EN 13624, EN 14562	madal/kõrge mustusekoormus	0,25% – 1,25% / 15 min
Virutsiidne — ümbrisega viirused (HBV, HCV, HIV, koroona-, gripiviirused)	EN 14476, EN 17111	madal/kõrge mustusekoormus	0,25% – 1,25% / 15 min

Toime	EN-standard	Tingimused	Töökontsentratsioon / aeg
Virutsiidne — ümbriseta viirused (sh adenoviirus), Bakteritsiidne (sh tuberkulotsiidne), fungitsiidne (*C. albicans*)	EN 14476, EN 17111, EN 13727, EN 14348, EN 13624	kõrge mustusekoormus	4% / 5 min
Fungitsiidne — A. brasiliensis eosed	EN 13624, EN 14562	kõrge mustusekoormus	2% / 5–30 min
Sporitsiidne (*Clostridium difficile*)	EN 17126	puhas keskkond	4% / 40 min

VASTAVUS STANDARDITELE
EN 1276, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 1650, EN 17126, DVG, DVV/RKI, DGHM/ÖGHMP, Karl Storz endoscope

SÄILITAMINE
Vt pakendil olevat kõlblik kuni kuupäeva. Et tagada toote kvaliteeti, säilitada temperatuuril 5-25°C, mitte hoida otsese päikesekiirguse käes ja vältida külmumist.

UTILISEERIMINE
Töölahus on ökoloogiliselt ohutu, kõik aktiivsed toimeained on äravoolus biolagunevad. Plastpakendi materjalid on taaskasutatavad. Kogumiseks tuleks plastpakend veega loputada ning pudel ja kork eraldada. Toodete transportkast kogutakse vanapaberi konteinerisse. Tagatud on pakendi ja toote kokkusobivus.

OHUTUSALANE TEAVE
Täiendava ohutusteabe leiate toote ohutuskaardilt.

KOOSTIS
100g toodet sisaldab aktiivseid toimeaineid: didetsüüldimetüülammooniumkloriid 9g, N-(3-aminopropüül)-N-dodetsüülpropaan-1,3-diamiin 14g

pH 11-12

Toode omab CE-märgistust vastavalt Meditsiiniseadmete direktiivile CE 0537

PAKENDID: 1L dosaatorpudel, 5L kanister

Goodpoint Chemicals OÜ
Urda tee 2/1, Jälgimäe 76404,
Saku vald, Harjumaa, Estonia
www.goodpointchemicals.com
info@goodpointchemicals.com

BIODEGRADABLE PRODUCT

Kasutage desinfitseerimisvahendeid ohutult. Enne kasutamist lugege kindlasti läbi etikett ja tooteteave.

09/2024